

**Bulletin de clarifications N°5 : Questions et réponses relatives à la Demande de Devis :**

**« Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche du Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricoles (CRJEA) de Had Kourt, Sidi Kacem en 7 lots :**

- **Lot 1 : Equipement bureautique,**
- **Lot 2 : Equipement informatique,**
- **Lot 3 : Equipement sonorisation et affichage,**
- **Lot 4 : Equipement station agro-météorologique,**
- **Lot 5 : Equipement démonstration,**
- **Lot 6 : Equipement laboratoire,**
- **Lot 7 : Minibus transport»**

Réf.:DD/SH/MCA-M/LR-14- Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/Compact

Date de publication :**23 septembre 2021**

Dernier délai de soumission après Addendum n°1 :**1 novembre 2021**

N°	Question	Réponse
10	<p>Nous avons bien reçu les dernier notification.</p> <p>Par contre nous avons une doute sur la nouvelle rubrique pour le article n°3, de le Lot 4 « Materiel station agro-météorologie », qui est mentionné comme :</p> <p>« Débitmètre électromagnétique. Avec un débit de 0.3 a 3.0 gpm / pression 150 psi »</p> <p>Est que pouvez vous nous donner plus d'information. Les unités gpm ? L'installation serais pour quelle type de mesure et dans quelle endroit. Ainsi comme les diamètres souhaité.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il s'agit là d'un appareil pour mesurer le débit d'eau au niveau de la canalisation du goutte à goutte au niveau de la parcelle de démonstration.</li><li>- Le GPM est une unité de mesure comme le m3/h. GPM : GALLON IMPÉRIALE PAR MINUTE (1 GPM = 0.27 m3/h).</li><li>- Les mesures vont être faites au niveau de la parcelle de démonstration du CRJEA.</li></ul>